

行程信息

行程编号：66123118\_20251103083055

设备信息

单位名称：GCP中心药房

设备编号：66123118

探头名称：冷藏01

开始时间：2025-10-01 00:06:30

结束时间：2025-10-31 23:51:30

采集间隔：900秒

记录结果

最高温度：6.1℃ @ 2025-10-04 14:51:30

最低温度：5.1℃ @ 2025-10-29 18:06:30

平均温度：5.5℃

最高湿度：62% @ 2025-10-17 15:51:30

最低湿度：38% @ 2025-10-18 15:51:30

平均湿度：47%

记录序列号：66123118001

记录总点数：2976

记录总时长：30天23时45分0秒

温度、湿度曲线

