

李爽

2026.03.02

行程信息

行程编号 : 66123124_20260302090902

设备信息

单位名称 : GCP中心药房

设备编号 : 66123124

探头名称 : 恒温01

开始时间 : 2026-02-01 00:12:30

结束时间 : 2026-02-28 23:57:30

采集间隔 : 900秒

记录结果

最高温度 : 20.5°C @ 2026-02-19 21:42:30

最低温度 : 18.2°C @ 2026-02-14 17:42:30

平均温度 : 18.5°C

最高湿度 : 38% @ 2026-02-26 17:42:30

最低湿度 : 13% @ 2026-02-23 03:42:30

平均湿度 : 22%

记录序列号 : 66123124001

记录总点数 : 2688

记录总时长 : 27天23时45分0秒

温度、湿度曲线

