

行程信息

行程编号 : 66123119_20260901083300

设备信息

单位名称 : GCP中心药房

设备编号 : 66123119

探头名称 : 冷藏02

开始时间 : 2026-08-01 00:03:30

结束时间 : 2026-08-31 23:57:30

采集间隔 : 900秒

记录结果

最高温度 : 6.6℃ @ 2026-08-20 14:27:30

最低温度 : 3.7℃ @ 2026-08-20 15:57:30

平均温度 : 4.7℃

最高湿度 : 82% @ 2026-08-21 08:57:30

最低湿度 : 43% @ 2026-08-03 17:33:30

平均湿度 : 50%

记录序列号 : 66123119001

记录总点数 : 2976

记录总时长 : 30天23时54分0秒

温度、湿度曲线

