



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

校准证书

Calibration Certificate



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10676

证书编号: ZCRDX260827079

Certificate No.

客户名称 保定市第一中心医院
Name of Applicant

客户地址 保定市莲池区长城北大街320号
Address of Customer

器具名称 智能温湿度记录仪
Name of Instrument

型号 / 规格 S6SA-10B-H
Type/Specification

器具编号 66123123
Appliance Number

生产厂家 深圳洲斯移动物联网技术有限公司
Manufacturer

校准技术依据 参照 JJF1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
Reference Documents for the Calibration

批准人 彭晓灿
Authorized by

核验员 彭晓灿
Inspector

校准员 付冰
Operator



接收日期 2026 年 08 月 27 日
Received Date Year Month Day

校准日期 2026 年 08 月 27 日
Calibration Date Year Month Day

发布日期 2026 年 08 月 27 日
Issued Date Year Month Day

地址: 河北省石家庄市桥西区红旗大街333号河北工业职业技术学院实训楼负一层、一层

Address: (-1~1)/F., Training Building, Hebei College of Industry and Technology, No.333, Hongqi Street, Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei

电话/传真: 0311-81689000

邮编: 050000

邮箱: hebeizhongce@cctco.cc

Tel./Fax

Post Code

E-mail

第1页, 共3页

Page of total pages



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

证书编号: ZCRDX260827079

Certificate No.

1、溯源性说明: 证书中的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准。 Traceability Description: All the calibration results in this certificate can be traced to the international system of units(SI)units and/or social public metrology standards.					
2、校准地点、环境条件: Calibration Location, environmental conditions :					
校准地点 Calibration	石家庄市红旗大街333号实训楼河北中测温度室				
温度 Temperature	20.9	℃	湿度 Humidity	46.7	%RH
其他 Others	/				
3、校准所使用的主要计量标准器具: Major standards of measurement used in the calibration					
名 称 Name	测量范围 Measurement range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期至 Due date	溯源机构 Traceability mechanism
精密露点仪	温度 (-20~80) °C	一级	ZCRDX260815 001	2027-08-14	河北中测计量检 测有限公司
精密露点仪	湿度: (10~95) %RH 露点温度: (-40~ 90) °C	一级	GFJGJL100125 1106330	2026-11-20	北京长城计量测 试技术研究所

- 注: 1、本证书校准结果只对本次校准样品有效。
2、对本次校准若有异议, 客户方应于收到校准证书之日起十五日内向本公司提出。
3、未经本公司书面批准, 不得部分复制此证书。
4、如对被校仪器技术指标产生怀疑或修理后, 请重新校准。
5、建议校准周期为 (12) 个月。



河北中测计量检测有限公司

Hebei Center Calibration and Testing Co., Ltd.

证书编号: ZCRDX260827079
Certificate No.

校准结果

Result of Calibration

校准温度/℃	15	20	20	20	30
校准湿度/%RH	/	40	60	80	/
温度修正值/℃	0.0	0.5	0.5	0.5	0.6
湿度修正值/%RH	/	0.1	1.1	-2.2	/
测量结果的不确定度	$U= 0.5 \text{ } ^\circ\text{C}, k=2$ $U= 1.5 \text{ } \%RH, k=2$				

以下空白