zTMS

任务报告

李骏 2026.11.02

行程信息

行程编号：66123120_20261102090948

设备信息

单位名称：GCP中心药房　　设备编号：66123120　　探头名称：阴凉01

开始时间：2026-10-01 00:09:30　　结束时间：2026-10-31 23:54:30　　采集间隔：900秒

记录结果

最高温度：17.6℃ @ 2026-10-13 14:24:30　　最低温度：15.0℃ @ 2026-10-14 16:39:30　　平均温度：16.1℃

最高湿度：55% @ 2026-10-14 10:09:30　　最低湿度：40% @ 2026-10-25 16:24:30　　平均湿度：46%

记录序列号：66123120001　　记录总点数：2976　　记录总时长：30天23时45分0秒

温度、湿度曲线

